

**Informacja w sprawie zapytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę nici chirurgicznych dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie*

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie IV dopuści szwy o czasie wchłaniania 50-80 dni, pozostałe właściwości identyczne?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogące złożyć ofertę w tym pakiecie znacznie zwiększą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź do pytania nr 1: **TAK.**

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie IV dopuści tolerancję wielkości igły +/- 1mm?

Odpowiedź do pytania nr 2: **Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach.**

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie IV dopuści w poz. 10 i 11 również długość nici 90cm?

UZASADNIENIE: Za tę samą cenę Zamawiający uzyska większą ilość materiału szewnego, która w wypadku tych zestawów może być bardzo przydatna.

Odpowiedź do pytania nr 3: **TAK.**

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie IV poz. 13 dopuści również długość nici 75cm?

UZASADNIENIE: Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że w wypadku takiego zestawu szewnego długość nici przez nas proponowana jest w zupełności wystarczająca. Ponadto taki dokładnie zestaw ma w swojej ofercie tylko jeden producent/dystrybutor co drastycznie ogranicza konkurencję w całym pakiecie.

Odpowiedź do pytania nr 4: **TAK.**

Pytanie nr 5: **Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie VII dopuści szwy o czasie wchłaniania 50-80 dni, pozostałe właściwości identyczne?**

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w tym pakiecie znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź do pytania nr 5: **TAK.**

Pytanie nr 6: **Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie VII dopuści tolerancję wielkości igły +/- 1mm?**

Odpowiedź do pytania nr 6: **Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach.**

Pytanie nr 7: **Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w Pakiecie VII dopuści w poz. 10 i 11 również długość nici 90cm?**

UZASADNIENIE: Za tę samą cenę Zamawiający uzyska większą ilość materiału szewnego, która w wypadku tych zestawów może być bardzo przydatna.

Odpowiedź do pytania nr 7: **TAK.**

Pytanie nr 8: **Dotyczy pakietu I: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w zakresie sformułowania „szwy wchłaniające, monoilamentowe, naturalne”, tj. prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez określenie i podanie materiału, z jakiego ma być zbudowany szew chirurgiczny naturalny, stanowiący przedmiot zamówienia w pakiecie nr I?**

Odpowiedź do pytania nr 8: **Jest to materiał poliglikolowy.**

Pytanie nr 9: **Dotyczy pakietu I: Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na szwy wchłaniające, monoilamentowe, syntetyczne, o czasie wchłaniania 60 – 90 dni oraz sile podtrzymywania tkankowego: 50% po 14 dniach od zaimplantowania i 0% po 28 dniach od zaimplantowania, stanowiące odpowiednik przedmiotu zamówienia , opisanego w pakiecie nr I? Wg. naszej wiedzy szwy stanowiące przedmiot zamówienia w pakiecie nr I, zostały wycofane ze sprzedaży rynkowej.**

Odpowiedź do pytania nr 9: **TAK.**

Pytanie nr 10: **Dotyczy pakietu nr I, poz. 4, 10: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 4 i 10. Naszą prośbę uzasadniamy brakiem możliwości złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo w tym pakiecie, przy obecnych zapisach SIWZ.**

Odpowiedź do pytania nr 10: **TAK. Dodatkowy pakiet otrzyma numer Ia. Proszę wyodrębnić go również w formularzu ofertowym.**

Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu II: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na siatki chirurgiczne monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe? Nasze pytanie uzasadniamy faktem, że zastosowany przez Zamawiającego opis „siatki prolene”, wskazuje na konkretnego producenta, którego opisane siatki są zbudowane z polipropylenu, a więc z tożsamego materiału, o którego dopuszczenie wnioskujemy.

Odpowiedź do pytania nr 11: TAK.

Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu III: Czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie złożenia oferty na szwy wchłanialne monofilamentowe, syntetyczne o czasie wchłaniania 180 – 210 dni oraz sile podtrzymywania tkankowego: 50 % po 28 – 35 dniach od zaimplantowania i 0% po 70 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź do pytania nr 12: NIE. Zamawiający wymaga w tym pakiecie złożenia oferty na szwy wchłanialne monofilamentowe, syntetyczne o czasie wchłaniania 90 – 120 dni.

Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu III, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z igła 17 mm.

Odpowiedź do pytania nr 13: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu III, poz. 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z igła 22 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 14: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu III, poz. 4 i 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z igła 26 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 15: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu III, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 90 cm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian, lub nić o długości 150 cm z pętlą?

Odpowiedź do pytania nr 16: Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 90 cm.

Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu IV: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szwy wchłanialne, plecione syntetyczne, powlekane, o czasie wchłaniania zawartym w okresie 60 – 90 dni?

Odpowiedź do pytania nr 17: TAK.

Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu IV, poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 140 cm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 18: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10 cm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu IV, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 70 cm. z igłą 22 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 19: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10 cm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu IV, poz. 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 70 cm. z igłą 26 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 20: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10 cm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 21: Dotyczy pakietu IV, poz. 8 i 9: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 70 cm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 21: Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10 cm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu IV, poz. 10 i 11: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 70 cm. z igłą 37 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 22: Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm. we wszystkich pakietach. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici +/- 10 cm. we wszystkich pakietach.

Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu IV, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 70 cm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo.

Odpowiedź do pytania nr 23: NIE. Zamawiający nie zgadza się również na wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu V: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym pakiecie na szwy chirurgiczne z igłami odwrotnie tnącymi przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 24: **TAK.**

Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu VI, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z dwiema igłami 22 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 25: **Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm.**

Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu VI, poz. 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z dwiema igłami 17 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 26: **Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm.**

Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu VII, poz. 1 - 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 140 cm., przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 27: **Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici + / - 10 cm. we wszystkich pakietach.**

Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu VII, poz. 6 - 11: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tych pozycjach na nić o długości 70 cm., przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 28: **Zamawiający dopuszcza tolerancję długości nici + / - 10 cm. we wszystkich pakietach.**

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu VII, poz. 7 i 8: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z igłą 26 mm., przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian?

Odpowiedź do pytania nr 29: **Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm.**

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu VIII: Czy Zamawiający przez sformułowanie „szwy niewchłaniające naturalnie skręcone”, ma na myśli szwy naturalne, niewchłaniające, skręcone, z naturalnego jedwabiu?

Odpowiedź do pytania nr 30: **NIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w tym pakiecie na nici jedwabne, ani na nici lniane.**

Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu VIII: Czy Zamawiający w myśl zasady zachowania zdrowej konkurencji, dopuści złożenie oferty na szwy niewchłaniające, naturalne, plecione z naturalnego jedwabiu?

Odpowiedź do pytania nr 31: **NIE.**

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu VIII, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 150 cm., przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu

przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo w tym pakiecie.

Odpowiedź do pytania nr 32: Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 150 cm.

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu VIII, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić o długości 75cm, pakowaną po 5 sztuk w saszetce, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo w tym pakiecie.

Odpowiedź do pytania nr 33: NIE. Zamawiający nie zgadza się również na wydzielenie tej pozycji z pakietu.

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu IX: Czy Zamawiający w myśl zasady zachowania zdrowej konkurencji, dopuści złożenie oferty na szwy niewchłaniające, naturalne, plecione, z naturalnego jedwabiu?

Odpowiedź do pytania nr 34: TAK.

Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu IX, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tej pozycji bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo w tym pakiecie.

Odpowiedź do pytania nr 35: TAK.

Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu IX, poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w poz.1, poprzez podanie wielkości igły.

Odpowiedź do pytania nr 36: Wielkość igły w tej pozycji to 37 mm.

Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu VIII: Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na szwy niewchłaniające, naturalnie skręcone, z włókien lnianych?

Odpowiedź do pytania nr 37: NIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w tym pakiecie na nici jedwabne, ani na nici lniane.

Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu VIII, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo?

Odpowiedź do pytania nr 38: NIE.

Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu VIII, poz. 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo?

Odpowiedź do pytania nr 39: **NIE.**

Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu III: Czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie złożenia oferty na szwy wchłanialne, monofilamentowe, syntetyczne, o czasie wchłaniania 60-90 dni oraz oraz sile podtrzymywania tkankowego: 50% po 14 dniach od zaimplantowania i 0% po 28 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź do pytania nr 40: **NIE. Zamawiający wymaga w tym pakiecie złożenia oferty na szwy wchłanialne, monofilamentowe, syntetyczne, o czasie wchłaniania 90 – 120 dni.**

Pytanie nr 41: Dotyczy pakietu III, poz. 6 i 8: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nić o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia w tych pozycjach bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji z pakietu, celem umożliwienia naszej firmie złożenia oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź do pytania nr 41: **TAK.**