

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.
ul. Parkowa 5
74-100 Gryfino

Gryfino, dnia 29.09.2011 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę wywoływarki błon medycznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej pzp, Zamawiający w związku z wpływieniem zapytań Wykonawcy do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę wywoływarki błon medycznych”, wyjaśnia i jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 pzp dokonuje poniższych modyfikacji:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z ww. punktu na: Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy.

PYTANIE NR 2:

Zidentyfikowanie usterki, a następnie dostarczenie i uruchomienie wywoływarki zastępczej w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia awarii jest zadaniem niewykonalnym. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, jeśli usunięcie usterki nie jest możliwe w ciągu 48 h od momentu jej zdiagnozowania”?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umownych.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 4 października 2011 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.