

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.
ul. Parkowa 5
74-100 Gryfino

Gryfino, dnia 05.11.2011 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę kardiomonitora i mikroskopu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej pzp, Zamawiający w związku z wpłynięciem zapytań Wykonawcy do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę kardiomonitora i mikroskopu”, wyjaśnia i jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 pzp dokonuje poniższych modyfikacji:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z funkcją zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie w zakresie 34 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z Zakresem pomiarowy HR: 30 ~ 300 dorośli
30 ~ 350 bpm dzieci

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z pomiarem odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie od -0.6 ~ +0.8mV?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy o wymiarach 370x175x320mm i wadze 7kg?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy, z wysokiej jakości kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 8,4" i wymiarach oraz wadze, oczekiwanych przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, którego zakres interwałów w trybie automatycznym, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, wynosi 1 do 480 minut? Oczekiwany przez Zamawiającego przedział, z jego górną granicą 960 minut, wydaje się niczym nie uzasadniony i nie ma wpływu na wartość diagnostyczną kardiomonitora.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający, w ramach możliwości złożenia oferty konkurencyjnej, dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, produkowany przez firmę GE Healthcare, o poniższych parametrach?

- monitor o wadze do 6 kg. z pełnym wyposażeniem i wymiarach 312x158x312 mm,
- 6 kanałów dynamicznych
- trendy tabelaryczne i graficzne 72 h.,
- zakres pomiaru HR od 30 bpm,
- pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie od -0,9 do +0,9 mV.
- zakres pomiarowy ciśnienia NIBP od 20 mmHg,
- tryb pracy automatycznej NIBP od 1 do 120 min.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 8:

Pytanie nr 2 – dotyczy §3 ust. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin?

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 9:

Pytanie nr 3 – dotyczy §3 ust.11 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, gdy wykonanie naprawy nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 10:

Pytanie nr 4 – dotyczy §3 ust.12 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „w przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii, wady bądź usterki lub w przypadku konieczności wykonania kolejnej naprawy, gdy ten sam element/podzespół podlegał co najmniej trzykrotnej naprawie gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu na nowy.”?

Wymóg wymiany całego przedmiotu dostawy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 11:

Pytanie nr 5 – dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień w przypadku:

- a. nie podjęcia akcji serwisowej w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy,
- b. nie dostarczenia sprzętu zastępczego po 14 dniach od chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy w sytuacji, gdy czas naprawy przekraczać będzie 14 dni,
- c. niedostarczenia nowego elementu/podzespołu po upływie 14 dni od daty zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy, o ile oczywiście w tym terminie nie zostanie dokonana naprawa przedmiotu umowy,

niedostarczenia nowego elementu/podzespołu w terminie __ dni od daty zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy, gdy spełnione zostaną przesłanki do wymiany elementu/podzespołu z uwagi na wcześniejszą, trzykrotną naprawę gwarancyjną.

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 12:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor w którym wymiana akumulatora wymaga użycia prostych narzędzi. Do wymiany potrzebny jest śrubokręt, który jest na wyposażeniu każdego szpitala. Wymiana akumulatora w taki sposób nie jest skomplikowana i nie wpływa na najważniejsze funkcje kardiomonitora.

Poza tym w trakcie trwania gwarancji wymianą akumulatora zajmuje się autoryzowany serwis.

Standardowe używanie kardiomonitora nie wymaga demontażu akumulatora.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 13:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wymiany akumulatora przez użytkownika, ale z pełnym wsparciem serwisowym ze strony firmy przed i po gwarancji?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 318 x 152 x 264 ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 15:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z przedziałem czasowym automatycznego pomiaru ciśnienia od 1 – 480 minut?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 16:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor o wymiarach 318 x 152 x 264 mm , co tylko nieznacznie odbiega od wymiarów SIWZ ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 17:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z trybem automatycznego NIBP od 1 – 480 min ?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 18:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego wymiary wynoszą 320 x 150 x 265 mm? Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, wymiary kardiomonitora 310 x 140 x 263 mm nie niosą ze sobą żadnych zalet. Można stwierdzić, iż wprowadzając taki wymóg Zamawiający wpłynął na ograniczenie uczciwej konkurencji, co jest sprzeczne z Ustawą zasady uczciwej konkurencji. Wnioskujemy zatem o dopuszczenie proponowanych wymiarów.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

PYTANIE NR 17:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada następujące skonfigurowane przedziały czasowe pomiarów NIBP-1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min? Podany zakres jest wystarczający do prawidłowego monitorowania stanu pacjenta.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuści proponowany kardiomonitor.

Zamawiający modyfikuje paragraf 1 ust 1 projektu umowy w następujący sposób:

„Przedmiotem umowy jest zakup dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie **fabrycznie nowego** na warunkach określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w dniu r.”