

RI.2720.05.2018.SD

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 30.04.2018 w związku z ww. postępowaniem:

Zestaw pytań:

**Dotyczy załącznika „Opis sprzętu”  
Kolumna anestezjologiczna**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w kwadratową maskownicę stropową?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk równym 1000 mm?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z możliwością regulacji elektrycznej wysokości głowicy przy zachowaniu równoległej pozycji głowicy do podłogi co jest rozwiązaniem znacznie wygodniejszym niż wymagane?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z przekrojem ramienia o kształcie prostokąta?

**Kolumna chirurgiczna**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę pojedynczą z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu w osiach łożysk 2000 mm?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z przekrojem ramienia o kształcie prostokąta?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z konsolą o szerokości 298 mm i głębokości 280 mm?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o udźwigu kolumny netto jako maksymalna waga aparatury zamontowanej na kolumnie 180 kg?

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w trzy półki w tym jedna z szufladą o wymiarach 530x480 mm?

**Lampa zabiegowa sufitowa jednoczaszowa**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z średnicą pola operacyjnego  $d_{10}$  równą 170 mm?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia ( $L_1+L_2$ ) równą 1500 mm?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu umieszczonego na kopule lampy?

**Lampa operacyjna jednoczaszowa**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z ilością 32 diod co jest wartością minimalnie różną od wymaganej?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w funkcję światła endoskopowego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia w szerszym zakresie równym 5-100%?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia ( $L_1+L_2$ ) równą 1200 mm?

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na ramieniu przy kopule lampy?

**Lampa operacyjna dwuczaszowa**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z ilością 32 diod dla czaszy głównej oraz 24 diody dla czaszy satelitarnej, które są wymieniane pojedynczo w przypadku ich awarii?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę wyposażoną w funkcję światła endoskopowego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją natężenia w szerszym zakresie równym 5-100%?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia ( $L_1+L_2$ ) równą 1200 mm?

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sterowaną za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na ramieniu przy kopule lampy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż ww. sprzęt nie jest przedmiotem zamówienia. Wymieniono go w dokumentacji technicznej na potrzeby opisu przyłączy.