

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.  
ul. Parkowa 5  
74-100 Gryfino

Gryfino, dnia 20.09.2011 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej pzp, Zamawiający w związku z wpływieniem zapytań Wykonawcy do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.”, wyjaśnia i jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 pzp dokonuje poniższych modyfikacji:

**PYTANIE NR 1:**

Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za 1 sztukę, gdyż różni producenci mają różne opakowania?

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE NR 2:**

Pakiet 4, pozycja 19-24

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli „opakowania”?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający ma na myśli opakowania.

**PYTANIE NR 3:**

Pakiet 4, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, dopuści wycenę za opakowanie = 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**PYTANIE NR 4:**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do:

- 5 dni roboczych dla zamówień bieżących
- 2 dni roboczych dla zamówień „pilne”
- 24h dla zamówień „na ratunek”

Od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

**PYTANIE NR 5:**

Prosimy o modyfikację paragrafu 5 ust. 4a) WZORU UMOWY na:

„w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu towaru”.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający modyfikuje paragraf 5 ust. 4a wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,2% wartości brutto zawartej umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu towaru”.

**PYTANIE NR 6:**

pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający miała na myśli cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze Ch 4/40cm?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 7:**

pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez przewodnicy?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 8:**

pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarach Ch 26-34 lub Ch 26-36, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 9:**

pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 10:**

pakiet 1, pozycja 16

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego asortymentu Zamawiający wymaga?

**ODPOWIEDŹ**

Golarki medyczne

**PYTANIE NR 11:**

pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'80sztuk?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 12:**

pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 13:**

pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający miał na myśli żel do USG?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający ma na myśli żel do EKG

**PYTANIE NR 14:**

pakiet 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści elektrodę na bazie gąbki o średnicy 55mm, w opakowaniu a 30 sztuk?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 15:**

pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18Gx45mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 16:**

pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20Gx32mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 17:**

pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 22Gx25mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 18:**

pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 16Gx45mm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 19:**

pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu a'200sztuk,  
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 20:**

pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu a'100sztuk,  
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 21:**

pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych w opakowaniu a'100sztuk,  
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 22:**

pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,5x25mm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 23:**

pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,6x30mm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 24:**

pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji z igłą prostą 17Gx7cm, z strzykawką 5ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 25:**

pakiet 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 27G o długości 120mm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 26:**

pakiet 4, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 27G o długości 120mm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 27:**

pakiet 4, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych bez igły prowadzącej, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 28:**

pakiet 4, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 50sztuk, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak

**PYTANIE NR 29:**

pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści organizator przewodów w rozmiarze 120x7cm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 30:**

pakiet 6, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 31:**

pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 150cm i workiem 3litrowym?

**ODPOWIEDŹ**

Nie

**PYTANIE NR 32:**

Zadanie nr 2 Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by zbrojone rurki z mankietem posiadały 2 znaczniki głębokości nad mankietem w postaci pełnych ringów w celu jak najlepszego pozycjonowania rurki.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

**PYTANIE NR 33:**

Zadanie nr 2 Poz. 1

Czy zbrojone rurki intubacyjne mają posiadać mankiet Hi-Lo o grubości ścianki max 0,05 mm (potwierdzone badaniami) celem jak najszczelniejszego przylegania mankieta do ścian tchawicy?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza ww. parametry.

**PYTANIE NR 34:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w §3 ust. 4 pkt c:

*4. Towar, o którym mowa w pkt 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie:  
c) do 12 godzin dla zamówień „na ratunek”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

**PYTANIE NR 35:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5:

*4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:*

*a) w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu towaru, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.*

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający modyfikuje paragraf 5 ust. 4a wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,2% wartości brutto zawartej umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczaniu towaru”.

#### **PYTANIE NR 36:**

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos o długości 220 cm w opakowaniu folia-folia?

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry cewnika

#### **PYTANIE NR 37:**

Pakiet 1 pozycja 12

Czy Zamawiający miał na myśli zatyczkę do cewników o budowie schodkowej?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza zatyczkę do cewników o budowie schodkowej.

#### **PYTANIE NR 38:**

Pakiet 1 pozycja 18

Czy nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli ilość zamawianą na 12 miesięcy op. 1000?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający koryguje ilość kieliszków i wymaga 1000sztuk na 12miesiący, jednocześnie dopuszcza przeliczenia ze względu na sposób pakowania.

#### **PYTANIE NR 39:**

Pakiet 1 pozycja 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieliszków w opakowaniu a'75 szt. Ze względu na to, iż producent zmienił sposób pakowania kieliszków.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający koryguje ilość kieliszków i wymaga 1000sztuk na 12miesiący, jednocześnie dopuszcza przeliczenia ze względu na sposób pakowania.

#### **PYTANIE NR 40:**

Pakiet 1 pozycja 20

Czy Zamawiający pod pojęciem „kałówka” miał na myśli pojemnik do kawy?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający ma na myśli pojemnik na kał niejałowy.

**PYTANIE NR 41:**

Pakiet 1 pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu do tlenu o dł. Min. 180 cm?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE NR 42:**

Pakiet 1 pozycja 32

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie skrótu GUG 0,5l?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga żelu o,5 l do EKG.

**PYTANIE NR 43:**

Pakiet 4 pozycja 23-24

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny strzykawk insulinowych i tuberkulinowych w opakowaniu a' 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE NR 44:**

Pakiet 4 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatów do infuzji w opakowaniu a' 200 szt.

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE NR 45:**

Pakiet 4 pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga, aby komora kroplowa w aparatach do infuzji oraz transfuzji była wolna od PVC oraz aby cały aparat był wolny od rakotwórczych i mutagennych ftalanów?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wymaga aby komora kroplowa spełniała w/w parametry. Jednocześnie Zamawiający wymaga dołączenia badań niezależnej jednostki potwierdzającej brak ftalanów oraz oświadczenie producenta.

**PYTANIE NR 46:**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „całaki jednorazowe”? Obecny zapis w żaden sposób nie wyjaśnia o jaki asortyment ma być zaoferowany.

**ODPOWIEDŹ**

Chodzi o golarki jednorazowe.