

DPS.Adm.381-11-01/2013

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2013 r. w związku z ww. postępowaniem:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 pieluchomajtek w rozmiarze XS?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarze XS.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z powłoką włókninową pozwalającą skórze oddychać, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia odparzeń?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki z powłoką włókninową pozwalającą skórze oddychać, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia odparzeń

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie, opis metodologii badania jaką Zamawiający będzie sprawdzał, oceniał oraz mierzył poziom chłonności pieluchomajtek w spoczynku oraz w ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiającemu do oceny jakości dostarczonych próbek potrzebne będą: taca, kubek (250 ml), ręcznik papierowy. Zamawiający wyłoży tacę ręcznikiem papierowym i ułoży na niej dostarczoną próbkę, a następnie będzie wlewał po 2 kubki wody (500ml) do dostarczonej próbki pieluchomajtek i sprawdzał czy nie ma śladów wody na ręczniku papierowym (w spoczynku- próbka leży na tacy, w ruchu- próbka jest podnoszona na ok. 30 cm nad tacę). Czynność powtarzana jest aż do momentu zmoczenia ręcznika papierowego znajdującego się na tacy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przy ocenie chłonności zamierza skorzystać z usług zewnętrznego laboratorium posiadającego odpowiednie wyposażenie oraz spełniającego wymogi prawne dotyczące przeprowadzenia powyższych badań?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający oceni jakość dostarczonych próbek przy udziale komisji przetargowej wg formularza zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części XVIII.